

# Mesa para exame 2 movimentos ND - 1808



Mesa para exame

Mesa de exame Nicovida com movimento de elevação foi projetada para dar conforto ao paciente e ao profissional com sua regulagem de altura permite a entrada facilitada do paciente e o trabalho na altura desejada da equipe médica.

Seu projeto permite colocar um cilindro de oxigênio em sua base e possui um suporte para papel descartável, sua base revestida além de beleza a essa mesa de exame dá a sua estrutura mais resistente contra ferrugem.

A elevação é através de molas a gás acionada pelo leve pressionar de seus pedais, sem utilizar as mãos para levantar ou abaixar seu leito.



## ESPECIFICAÇÕES

Numero do Modelo	ND 1808
<b>Tamanho Total da Cama</b>	
Comprimento	≈185 cm
Largura	60 cm
<b>Altura sem Colchão</b>	
Máxima	94 cm
Mínima	65 cm

### Movimentos



Dorso



Elevação

65-94 cm

## RECURSOS PADRÕES

- Suporte para Papel descartável.
- Suporte para cilindro de oxigênio.
- Base em termoplástico.
- Elevação hidráulica.

- Estofamento em courvin de alta resistência.
- Rodas giratórias duplas de 4" com freio individual.
- Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática.

## RECURSOS OPCIONAIS

Este produto não possui recursos opcionais.

Este documento se destina somente para uso por profissionais de saúde.

A Nicovida considera sempre equipe multidisciplinar nos seus projetos, e recomenda que os profissionais de saúde sejam treinados no uso de qualquer produto Nicovida específico antes de utilizá-lo.

As informações apresentadas têm como objetivo demonstrar a amplitude das ofertas de produtos Nicovida. Um profissional de saúde deve sempre consultar a rotulagem do produto e/ou instruções de uso antes de usá-lo. Os produtos podem não estar disponíveis em todos os mercados, devido à disponibilidade estar sujeita às práticas médicas e/ou regulatórias em mercados específicos. Entre em contato com um representante se tiver dúvidas sobre a disponibilidade dos produtos.

## CERTIFICADOS



Fabricado por:

**Meta Móveis de Metais Ind. e Com. Ltda.**

Pq. Ind. Vice-Presidente José de Alencar - Avenida Elmar Arantes Cabral, Qd.07 | Lts. 34/36, Aparecida de Goiânia - GO, 74993-535 | Contato: +55 (62) 3282-9920