ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA MESA PARA EXAMEN GINECOLOGICO ND 1805

NOMBRE TÉCNICO: MESA DE EXAMEN

NOMBRE COMERCIAL: MESA DE EXAMEN GINECOLOGICO LUXAL ND 1805 MODELO: ND 1805

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO: MESA DE EXAMEN GINECOLÓGICO ND 1805

imagem puramente ilustrativa

SOMIER

Base construida con alma de tubo rectangular de acero al carbono de 50x30mm y 1,2mm de espesor y estructura mueble fabricada en MDF, con cajones y puertas.

Baranda ajustable ubicada en la cabecera y el pie de cama.

Opcional:

Base construida con núcleo de tubo rectangular de acero inoxidable AISI 304 de 50x30mm y 1,2mm de espesor.

Estructura del gabinete fabricada en chapa de acero al carbono

Estructura del gabinete fabricada en chapa de acero inoxidable AISI 304.

LECHO

Tapizado dividido en 3 partes: cabecero, lecho y piecero, fabricado con láminas de acero al carbono con espuma que proporciona comodidad al paciente y alta durabilidad. Revestido en polipiel de alta calidad con elasticidad, asegurando flexibilidad en el movimiento al recibir al paciente.

Opcional:

MDF, revestidas en polipiel.

Acero inoxidable AISI 304 con espuma, revestidas en cuero.

SISTEMA DE MOVIMIENTO

Sistema de movimiento fabricado con regulación de altura de cabeza y pies mediante cremallera manual.

PIES

Tienen puntas de plástico de alta resistencia. Proporcionando protección al suelo, evitando el contacto directo con el suelo y/o la humedad.

Opcional:

Rueda de 3" de diámetro en termoplástico o cincada.

Rueda de 4" de diámetro en termoplástico o cincada.

Rueda de 5" de diámetro en termoplástico o cincada.

Rueda de 6" de diámetro en termoplástico o cincada.

Rueda de 8" de diámetro en termoplástico o cincada.

Rueda de 10" de diámetro en termoplástico o cincada.

Rueda con freno individual.

Punta de plástico con ajuste de nivel.

PIERNAS

Sistema de apoyo para las piernas situado entre el asiento y el tapizado de las piernas. Fabricado en tubo de acero inoxidable AISI 304 Ø7/8" y 1,5mm de espesor. Reposapiernas en poliuretano inyectado. Regulable en altura mediante sistema de pomo.

Opcional:

Fabricado en tubo de acero al carbono pintado de Ø7/8"; Fabricado en tubo de acero al carbono cromado de Ø7/8".

PINTURA

La estructura de acero inoxidable recibe un pulido de alto brillo que garantiza una excelente asepsia.

Opcional:

Toda la estructura de acero al carbono recibe un tratamiento químico antioxidante y se termina con pintura en polvo electrostática, siendo llevada a una temperatura de 220 °C en un horno, aumentando la resistencia química.

ACCESORIOS OPCIONALES

Soporte de suero
Escalera
Soporte de papel.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

•Dimensiones:
Lecho Paciente: Largo=1,60~2,00m x Ancho=0,40~0,80m x Altura=0,60~1,00m
Gabinete: Largo=1.00~1.40m x Ancho=0.40~0.80m x Altura=0.60~1.00m

Respaldo Fowler 75°~80°
Fowler Pierna. 80°~90°

•Peso total del equipo: 120 kg.
•Carga máxima de trabajo: 230 kg / Peso máximo del paciente: 200 kg.

PROYECTO

El proyecto Mesa de Examen fue desarrollado dentro de los estándares de la norma: RDC 16/2013 ANVISA
NBRIEC 62366
ISO 14971
Norma ISO 9001:2015
ISO 13485:2016

FABRICANTE Y DISTRIBUIDOR:

Meta Móveis de Metais Ind. e Com Ltda.

Av. Elmar Arantes Cabral, SN Quadra 07 Lote 34/36 – Vicepresidente del Parque Industrial José De Alencar – Aparecida de Goiânia/Goiás

CEP: 74.993-535 Teléfono: (62) 3282-9920

CNPJ: 01.866.388/0001-70 Registro Estatal: 10.292.702-2 FINAME:

Fecha: Mai/21	Rev.01	Hecho por: Artur Ferreira	http://www.metahospitalar.com.br